

放射性物質に対する農林水産物の検査結果について(平成29年4月以降)

※ 一般食品の基準値:放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計) 100Bq/kg(H24.4.1~)

※ 出荷制限又は出荷自粛は品目及び区域(水域)ごとに実施されており、これに該当する食品が流通することはありません。

[なお、出荷制限等の詳細については「現在の出荷制限・出荷自粛について」をご覧ください。](#)

※ 「検出せず」とは、同欄下段の()内に記載した検出下限値を下回ったことを示します。

※ 検査法のうち、NaIはシンチレーションスペクトロメーター、Geはゲルマニウム半導体検出器

結果判明日	採取市町村名	区分	農林水産物名	形態	セシウム134結果	セシウム137結果	セシウム計	検査法
H29. 4. 27	長野原町	林産物	菌床シイタケ	菌床、施設栽培	検出せず (<7. 64)	検出せず (<9. 67)	-	Ge
H29. 4. 27	長野原町	林産物	マイタケ	施設栽培	検出せず (<8. 84)	6. 42	6. 4	Ge
H29. 10. 18	長野原町	穀物	米(玄米)	露地栽培	検出せず (<2. 8)	検出せず (<4. 8)	-	Ge
H29. 11. 24	長野原町	林産物	菌床シイタケ	菌床、施設栽培	検出せず (<8. 35)	検出せず (<9. 05)	-	Ge
H29. 11. 24	長野原町	林産物	マイタケ	施設栽培	検出せず (<8. 76)	検出せず (<9. 49)	-	Ge
H30. 1. 12	長野原町	水産物	ワカサギ	天然	検出せず (<4. 21)	検出せず (<4. 41)	-	Ge
H30. 3. 1	長野原町	林産物	菌床シイタケ	菌床、施設栽培	検出せず (<9. 69)	検出せず (<8. 16)	-	Ge
H30. 3. 1	長野原町	林産物	マイタケ	施設栽培	検出せず (<9. 59)	検出せず (<8. 89)	-	Ge
H30. 3. 23	長野原町	水産物	イワナ	天然	検出せず (<4. 88)	9. 99	10	Ge
H30. 3. 23	長野原町	水産物	ヤマメ	天然	検出せず (<6. 23)	検出せず (<6. 38)	-	Ge