

放射性物質に係る牛肉の検査結果について(11月12日)

別紙

No.	と畜月日	検査月日	と畜場所	生産地	検査結果(Bq/kg)		検査機器 ^{※※}
					放射性ヨウ素131	放射性セシウム (Cs-134とCs-137の合計)	
47	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	太田市	測定下限値未満	測定下限値未満	2
48	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	昭和村	測定下限値未満	測定下限値未満	2
49	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	昭和村	測定下限値未満	測定下限値未満	2
50	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	昭和村	測定下限値未満	測定下限値未満	2
51	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	昭和村	測定下限値未満	測定下限値未満	2
52	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	昭和村	測定下限値未満	測定下限値未満	2
53	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	昭和村	測定下限値未満	測定下限値未満	2
54	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	県外	測定下限値未満	測定下限値未満	2
55	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	県外	測定下限値未満	測定下限値未満	2
56	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	県外	測定下限値未満	測定下限値未満	2
57	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	県外	測定下限値未満	測定下限値未満	2
58	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	県外	測定下限値未満	測定下限値未満	2
59	11月9日	11月9日	群馬県食肉卸売市場	県外	測定下限値未満	測定下限値未満	2

※ 検査機器2: NaIシンチレーションスペクトロメータ <測定下限値> ヨウ素、セシウム: 25Bq/kg

検査機関: 群馬県食肉衛生検査所

検査機器4: ゲルマニウム半導体検出器 <測定下限値> ヨウ素、セシウム: 20Bq/kg

検査機関: 群馬県農業技術センター

検査機器5: NaIシンチレーションスペクトロメータ <測定下限値> ヨウ素、セシウム: 25Bq/kg

検査機関: 群馬県農業技術センター

検査機器6: ゲルマニウム半導体検出器(スクリーニング) <測定下限値> ヨウ素、セシウム: 25Bq/kg

検査機関: 群馬県農業技術センター

※※基準値: 放射性セシウム 100Bq/kg 放射性ヨウ素については未設定